



# FICHE DE CONTRÔLE ARI

N° d'essai :

Effectué le :

09/04/2026

Nom:

SAV MATISEC

Table de paramètres:


2

Fonction:

TECHNICIEN

	Type d'appareil : Numéro de Chassis: Numéro de régulateur: Numéro de détendeur: Numéro de masque:	MATAIR MT2501-M73466 10622  74366	Nature: Fabriqué en:	
Etanchéité masque	Valeur début test: Valeur fin test: Résultat: Correct	-10 mb -9.3 mb  	Pente fuite Référence: Pente de fuite mesurée:	6 mb/mn 4.2 mb/mn
Manomètre	Consignes  Résultat: 0	Mesures Max.b 130 b 70 b	Tolérance haute 0 b 0 b 0 b	Tolérance basse 10 b 10 b 5 b
	Remarques:		Saisie opérateur 10 b 10 b 5 b	0 b 0 b 0 b
Moyenne pression	Seuil référence:  Résultat: Correct	7 b  7.2 b	Tolérance basse référen:  Tolérance haute référen:	1 b  1 b
Etanchéité détendeur	Valeur MP+20s:  Résultat: Correct	7.2 b  	Pente de fuite Référence: Pente de fuite mesurée:	0.3 b/mn 0 b/mn
Sifflet manuel	Seuil Référence: Valeur mesurée:  Résultat: 0	55 b 0 b  	Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	5 b 5 b
Soupape de sécurité	Seuil Référence: Valeur mesurée:  Résultat: 0	9 b 0 b  	Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	0 b 4 b

<b>Controle dynamique</b>	<i>Fréquence respiratoire:</i>	40 Cps/mn	<i>Volume:</i>	2.5 Litres
	<i>Valeur BP stat mesurée:</i>	3.8 mb	<i>Tolérance basse référen:</i>	2 mb
			<i>Tolérance haute référen:</i>	4 mb
	Résultat BP:	<i>ValeurminiMP mesurée:</i>	6.5 b	<i>Mini MP Référence:</i>
<b>Correct</b>	<i>ValeurmaxBP mesurée:</i>	8.79375 mb	<i>SHR Référence:</i>	10 mb
	<i>ValeurminiBP mesurée:</i>	2.1625 mb	<i>SBR Référence:</i>	0.5 mb
Résultat MP:	<i>Remarque :</i>			
<b>Correct</b>				



7,87	0,025
7,68	0,05
8,00	0,075
8,18	0,1
7,90	0,125
8,00	0,15
8,06	0,175
8,18	0,2
8,43	0,225
8,75	0,25
8,75	0,275
8,62	0,3
8,37	0,325
8,18	0,35
8,37	0,375
8,56	0,4
8,56	0,425
8,25	0,45
8,00	0,475
7,96	0,5
7,87	0,525
7,65	0,55
7,06	0,575
6,00	0,6
4,81	0,625
3,90	0,65
3,28	0,675
3,00	0,7
2,87	0,725
2,57	0,75
2,26	0,775
2,17	0,8
2,31	0,825
2,62	0,85
2,93	0,875
2,92	0,9
2,71	0,925
2,57	0,95
2,56	0,975
2,78	1
3,07	1,025
3,15	1,05
3,07	1,075
2,98	1,1
2,89	1,125
2,92	1,15
2,96	1,175
2,93	1,2
2,90	1,225
2,90	1,25
2,76	1,275
2,68	1,3
2,90	1,325
3,39	1,35
4,03	1,375
4,71	1,4

5,31	1,425
5,90	1,45
6,62	1,475
7,31	1,5
7,68	1,525
7,71	1,55
7,53	1,575
7,18	1,6
6,84	1,625
6,75	1,65
6,96	1,675
7,34	1,7
7,62	1,725
7,68	1,75
7,65	1,775
7,62	1,8
7,56	1,825
7,34	1,85
7,00	1,875
6,93	1,9
7,18	1,925
7,50	1,95
7,68	1,975
7,75	2
7,75	2,025
7,68	2,05
7,43	2,075
6,78	2,1
5,71	2,125
4,56	2,15
3,73	2,175
3,15	2,2
2,85	2,225
2,71	2,25
2,46	2,275
2,18	2,3
2,15	2,325
2,37	2,35
2,65	2,375
2,90	2,4
2,95	2,425
2,87	2,45
2,92	2,475
2,98	2,5
3,03	2,525
3,00	2,55
2,87	2,575
2,64	2,6
2,46	2,625
2,37	2,65
2,40	2,675
2,56	2,7
2,73	2,725
2,84	2,75
2,89	2,775
2,93	2,8

3,10	2,825
3,40	2,85
3,75	2,875
4,25	2,9
4,87	2,925
5,59	2,95
6,43	2,975
7,21	3
7,68	3,025
7,90	3,05
7,90	3,075
7,65	3,1
7,31	3,125
6,90	3,15
6,59	3,175
6,59	3,2
6,90	3,225
7,37	3,25
7,65	3,275
7,71	3,3
7,75	3,325
7,71	3,35
7,62	3,375
7,28	3,4
6,81	3,425
6,53	3,45
6,68	3,475
7,21	3,5
7,68	3,525
7,84	3,55
7,87	3,575
7,81	3,6
7,78	3,625
7,46	3,65
6,56	3,675
5,50	3,7
4,65	3,725
4,15	3,75
3,82	3,775
3,54	3,8
3,15	3,825
2,81	3,85
2,84	3,875
2,93	3,9
2,98	3,925
3,04	3,95
3,09	3,975
3,12	4
3,15	4,025
3,18	4,05
3,21	4,075
3,25	4,1
3,26	4,125
3,28	4,15
3,28	4,175
3,29	4,2

3,29	4,225
3,29	4,25
3,29	4,275
3,29	4,3
3,31	4,325
3,32	4,35
3,34	4,375
3,34	4,4
3,35	4,425
3,37	4,45
3,39	4,475
3,39	4,5
3,39	4,525
3,39	4,55
3,39	4,575
3,39	4,6
3,39	4,625
3,39	4,65
3,39	4,675
3,39	4,7
3,39	4,725
3,39	4,75
3,39	4,775
3,39	4,8
3,39	4,825
3,39	4,85
3,39	4,875
3,39	4,9
3,39	4,925
3,39	4,95
3,39	4,975
3,39	5
3,40	5,025
3,42	5,05
3,43	5,075
3,45	5,1
3,46	5,125
3,46	5,15
3,46	5,175
3,46	5,2
3,45	5,225
3,45	5,25
3,45	5,275
3,45	5,3
3,45	5,325
3,46	5,35
3,46	5,375
3,48	5,4
3,50	5,425
3,50	5,45
3,50	5,475
3,50	5,5
3,50	5,525
3,50	5,55
3,50	5,575
3,50	5,6

3,50	5,625
3,50	5,65
3,50	5,675
3,50	5,7
3,50	5,725
3,50	5,75
3,50	5,775
3,50	5,8
3,50	5,825
3,50	5,85
3,50	5,875
	5,9
	5,925
	5,95
	5,975
	6