

Identification de l'équipement		Date du contrôle	2026-03-12
Numéro série	M67407	Nom de l'opérateur	DBRAIT
Numéro détenteur		Fonction de l'opérateur	TECHNICIEN SAV
Numéro régulateur		Date de fabrication	01/22
Numéro masque	M67407	Type d'appareil	MASQUE FILTRANT
Numéro banc	2	Date de calibration du banc	2026-02-06

Contrôle visuel

Controle visuel compl. correct

Étanchéité et test ouverture soupape masque

Références			Mesures		
Seuil de référence 1ère inspiration	0.0	mB	Mesure 1ère inspiration	0.0	mB
Seuil de référence dépression	-12.0	mB	Seuil de mesure dépression	0.0	mB
Pente de fuite référence	3.0	mB/mn	Pente de fuite mesurée	0.7	mB/mn
Seuil pression expiration maxi	8.0	mB			
Seuil pression expiration mini	0.0	mB	Seuil pression expiration mesuré	0.0	mB
Résultat			Conforme		

Synthèse et résultat du contrôle

Conforme

Signature du contrôleur