


# RAPPORT DE TEST BANC DE CONTROLE MATITEST

N° de série du banc : EVO N°51

## Identification inspecteur

<b>Société</b>	MATISEC	<b>Signature et cachet</b> Jimmy MULLER 
<b>Nom</b>	MULLER Jimmy	
<b>Fonction</b>	Matisec SAV	
<b>Date</b>	13/11/2025 13:29 n° 25	

## Identification équipement

<b>Type d'appareil</b>	GPAL INCURVE
<b>Numéro de série</b>	CIN22666
<b>Numéro de détendeur</b>	2238194
<b>Numéro de régulateur</b>	50465
<b>Numéro de masque</b>	M72670
<b>Nature</b>	S
<b>Date de fabrication</b>	oct.-23

## Contrôle visuel de l'équipement

controle visuel ok

## Étanchéité et test ouverture soupape masque

**CONFORME**

	Références	Mesures
<b>1re inspiration</b>	0,00 mb	0,00 mb
<b>Dépression</b>	-12,00 mb	-10,00 mb
<b>Pente de fuite</b>	6,00 mb/min	3,10 mb/min
<b>Pression expiration (min)</b>	4,50 mb	6,60 mb
<b>Pression expiration (max)</b>	8,00 mb	

## Détendeur (MP)

**CONFORME**

<b>Seuil de référence</b>	7,00 b	6,86 b	<b>Seuil de stabilisation</b>
<b>Tolérance basse</b>	6,00 b	8,00 b	<b>Tolérance haute</b>
<b>Valeur début test</b>	7,00 b	7,06 b	<b>Valeur fin test</b>
<b>Pente fuite référence</b>	1,50 b/min	1,20 b/min	<b>Pente de fuite mesurée</b>

## Manomètre

**CONFORME**

Mesures	Tolérance basse	Tolérance haute	Saisie opérateur
318,00 b	308,00 b	328,00 b	319,00 b
199,70 b	189,70 b	209,70 b	200,00 b
99,40 b	94,40 b	104,40 b	99,00 b

## Sifflet

**CONFORME**

Seuil de référence	Valeur mesurée	Tolérance basse	Tolérance haute
55,00 b	58,10 b	50,00 b	60,00 b

## Soupape de détendeur

**CONFORME**

Seuil de référence	Valeur mesurée	Tolérance basse	Tolérance haute
9,00 b	12,20 b	9,00 b	13,00 b

## Étanchéité circuit (HP)

**CONFORME**

Valeur début test	314,48 b	313,90 b	Valeur fin test
Pente fuite référence	20,00 b/min	3,40 b/min	Pente de fuite mesurée

## Contrôle dynamique

### Valeur BP statique

**CONFORME**

Seuil de référence	Valeur mesurée	Tolérance basse	Tolérance haute
3,00 b	3,60 b	2,00 b	4,00 b

### Valeur BP dynamique

**CONFORME**

Cadence 1			
Fréquence respiratoire	40,00 bpm	2,50 L	Volume respiratoire
Seuil de référence (min)	0,00 mb	1,00 mb	Valeur mesurée (min)
Seuil de référence (max)	10,00 mb	8,80 mb	Valeur mesurée (max)

### Valeur MP dynamique

**CONFORME**

Cadence 1			
Seuil de référence (min)	4,50 b	5,80 b	Valeur mesurée (min)


## Débit du By-Pass

**CONFORME**

Seuil de référence	Valeur mesurée
60,00 L/min	283,00 L/min

## Courbes respiratoires

Courbe 1 : 40,00 bpm X 2,50 L



## Synthèse et résultat du contrôle

**CONFORME**