



FICHE DE CONTRÔLE ARI

N° d'essai :

Effectué le :

04/12/2025

Nom:

GINET

Table de paramètres:


5

Fonction:

Technicien S

	Type d'appareil : Numéro de Chassis: Numéro de régulateur: Numéro de détendeur: Numéro de masque:	GPAL II SRP156-SAL035 RC14083 D17785 T3C/31307	Nature: Fabriqué en:	S ????																
Etanchéité masque Résultat: Correct	Valeur début test: Valeur fin test: Remarques:	-10.1 mb -10.1 mb SRARIMASDRAGE-SAL253	Pente fuite Référence: Pente de fuite mesurée:	6 mb/mn -0 mb/mn																
Manomètre Résultat: Correct	Consignes Mesures Remarques:	<table><thead><tr><th></th><th>Tolérance haute</th><th>Tolérance basse</th><th>Saisie opérateur</th></tr></thead><tbody><tr><td>204 b</td><td>10 b</td><td>10 b</td><td>205 b</td></tr><tr><td>130 b</td><td>10 b</td><td>10 b</td><td>130 b</td></tr><tr><td>70 b</td><td>5 b</td><td>5 b</td><td>70 b</td></tr></tbody></table> SRARIMASDRAGE-SAL253		Tolérance haute	Tolérance basse	Saisie opérateur	204 b	10 b	10 b	205 b	130 b	10 b	10 b	130 b	70 b	5 b	5 b	70 b		
	Tolérance haute	Tolérance basse	Saisie opérateur																	
204 b	10 b	10 b	205 b																	
130 b	10 b	10 b	130 b																	
70 b	5 b	5 b	70 b																	
Moyenne pression Résultat: Correct	Seuil référence: Valeur MP+10s:	7 b 7.2 b	Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	1 b 1 b																
Etanchéité détendeur Résultat: Correct	Valeur MP+20s: Remarque:	7.2 b SRARIDOSARI-SAL035	Pente de fuite Référence: Pente de fuite mesurée:	1.5 b/mn 0 b/mn																
Sifflet manuel Résultat: Correct	Seuil Référence: Valeur mesurée: Remarque:	55 b 54 b SRARIDOSARI-SAL035	Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	5 b 5 b																
Soupape de sécurité Résultat: Correct	Seuil Référence: Valeur mesurée: Remarque:	9 b 10.4 b SRARIDOSARI-SAL035	Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	0 b 4 b																

Controle dynamique				
	Fréquence respiratoire:	40 Cps/mn	Volume:	2.5 Litres
	Valeur BP stat mesurée:	3.2 mb	Tolérance basse référen:	1 mb
			Tolérance haute référen:	5 mb
Résultat BP:	ValeurminiMP mesurée:	6.2 b	Mini MP Référence:	4.5 b
Correct	ValeurmaxBP mesurée:	7.81875 mb	SHR Référence:	10 mb
	ValeurminiBP mesurée:	2.45625 mb	SBR Référence:	0.5 mb
Résultat MP:	Remarque :			
Correct				



Visa: