



FICHE DE CONTRÔLE ARI

N° d'essai :

Effectué le :

23/10/2025

Nom:

GINET

Table de paramètres:

3

Fonction:

Technicien S

	Type d'appareil : Numéro de Chassis: Numéro de régulateur: Numéro de détendeur: Numéro de masque:	GPAL INCURVE CIN21617-SAL039 RC45279 DIS2125107 T3F1/30698	Nature: Fabriqué en:	S mars-22																				
Etanchéité masque Résultat: Correct	Valeur début test: Valeur fin test: Remarques:	-6.9 mb -6.8 mb SRARIMASDRAGE-SAL244	Pente fuite Référence: Pente de fuite mesurée:	6 mb/mn 0.59999 mb/mn																				
Manomètre Résultat: Correct	Consignes Mesures Remarques:	<table><tr><th></th><th>Mesures</th><th>Tolérance haute</th><th>Tolérance basse</th><th>Saisie opérateur</th></tr><tr><td></td><td>227 b</td><td>10 b</td><td>10 b</td><td>228 b</td></tr><tr><td>Résultat:</td><td>130 b</td><td>132 b</td><td>10 b</td><td>133 b</td></tr><tr><td>Correct</td><td>70 b</td><td>72 b</td><td>5 b</td><td>74 b</td></tr></table> SRARIDOSLEGER-SAL039		Mesures	Tolérance haute	Tolérance basse	Saisie opérateur		227 b	10 b	10 b	228 b	Résultat:	130 b	132 b	10 b	133 b	Correct	70 b	72 b	5 b	74 b		
	Mesures	Tolérance haute	Tolérance basse	Saisie opérateur																				
	227 b	10 b	10 b	228 b																				
Résultat:	130 b	132 b	10 b	133 b																				
Correct	70 b	72 b	5 b	74 b																				
Moyenne pression Résultat: Correct	Seuil référence: Valeur MP+10s:	7 b 6.4 b	Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	1 b 1 b																				
Etanchéité détendeur Résultat: Correct	Valeur MP+20s: Remarque:	6.6 b SRARIDOSLEGER-SAL039	Pente de fuite Référence: Pente de fuite mesurée:	1.5 b/mn 0.599999 b/mn																				
Sifflet manuel Résultat: Correct	Seuil Référence: Valeur mesurée: Remarque:	55 b 55 b SRARIDOSLEGER-SAL039	Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	5 b 5 b																				
Soupape de sécurité Résultat: Correct	Seuil Référence: Valeur mesurée: Remarque:	9 b 12.2 b SRARIDOSLEGER-SAL039	Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	0 b 4 b																				

Contole dynamique	Fréquence respiratoire:	40 Cps/mn	Volume:	2.5 Litres
	Valeur BP stat mesurée:	3.1 mb	Tolérance basse référen:	2 mb
Résultat BP:	ValeurminiMP mesurée:	6 b	Tolérance haute référen:	4 mb
Correct	ValeurmaxBP mesurée:	9.08125 mb	Mini MP Référence:	4.5 b
	ValeurminiBP mesurée:	1.8625 mb	SHR Référence:	10 mb
Résultat MP:	Remarque :		SBR Référence:	0.5 mb
Correct				



Visa: