



FICHE DE CONTRÔLE ARI

N° d'essai :

Effectué le :

28/10/2025

Nom:

GINET

Table de paramètres:

3

Fonction:

Technicien S

	Type d'appareil : Numéro de Chassis: Numéro de régulateur: Numéro de détendeur: Numéro de masque:	GPAL QS CQS22211-SAL020 RC56079 DIS2245044 T3C/74278	Nature: Fabriqué en:	S janv-24																				
Etanchéité masque Résultat: Correct	Valeur début test: Valeur fin test: Remarques:	-9.8 mb -9.1 mb SRARIMASDRAGE-SAL415	Pente fuite Référence: Pente de fuite mesurée:	6 mb/mn 4.2 mb/mn																				
Manomètre Résultat: Correct	Consignes Mesures Remarques:	<table><thead><tr><th></th><th>Mesures</th><th>Tolérance haute</th><th>Tolérance basse</th><th>Saisie opérateur</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>229 b</td><td>10 b</td><td>10 b</td><td>226 b</td></tr><tr><td></td><td>130 b</td><td>132 b</td><td>10 b</td><td>132 b</td></tr><tr><td></td><td>70 b</td><td>72 b</td><td>5 b</td><td>71 b</td></tr></tbody></table> SRARIDOS-QS-SAL020		Mesures	Tolérance haute	Tolérance basse	Saisie opérateur		229 b	10 b	10 b	226 b		130 b	132 b	10 b	132 b		70 b	72 b	5 b	71 b		
	Mesures	Tolérance haute	Tolérance basse	Saisie opérateur																				
	229 b	10 b	10 b	226 b																				
	130 b	132 b	10 b	132 b																				
	70 b	72 b	5 b	71 b																				
Moyenne pression Résultat: Correct	Seuil référence: Valeur MP+10s:	7 b 7.1 b	Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	1 b 1 b																				
Etanchéité détendeur Résultat: Correct	Valeur MP+20s: Remarque:	7.2 b SRARIDOS-QS-SAL020	Pente de fuite Référence: Pente de fuite mesurée:	1.5 b/mn 0.300001 b/mn																				
Sifflet manuel Résultat: Correct	Seuil Référence: Valeur mesurée: Remarque:	55 b 56 b SRARIDOS-QS-SAL020	Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	5 b 5 b																				
Soupape de sécurité Résultat: Correct	Seuil Référence: Valeur mesurée: Remarque:	9 b 12.4 b SRARIDOS-QS-SAL020	Tolérance basse référen: Tolérance haute référen:	0 b 4 b																				

Controle dynamique	<i>Fréquence respiratoire:</i>	40 Cps/mn	<i>Volume:</i>	2.5 Litres
	<i>Valeur BP stat mesurée:</i>	3.8 mb	<i>Tolérance basse référen:</i>	2 mb
Résultat BP: Correct	<i>ValeurminiMP mesurée:</i>	6.1 b	<i>Tolérance haute référen:</i>	4 mb
	<i>ValeurmaxBP mesurée:</i>	9.33125 mb	<i>Mini MP Référence:</i>	4.5 b
	<i>ValeurminiBP mesurée:</i>	3.91875 mb	<i>SHR Référence:</i>	10 mb
Résultat MP: Correct	<i>Remarque :</i>		<i>SBR Référence:</i>	0.5 mb

Visa: