

	<b>CERTIFICAT DE CONTRÔLE GEVAC</b>	N° : PE-078
		MAJ : 25/11/22
		Ind 1
		Page 1 sur 2

N° de série	Matisec : 0592 / G² : SAL069		
N° de détendeur	1510145		
N° de cagoule	7063		
Date de fabrication	01/2016		
<b>Contrôle visuel complet de l'appareil</b>			
sacoche, sangles, robinet, manomètre, détendeur, flexibles MP	Correct X	Incorrect	Observations
<b>Contrôle fonctionnel et réglages</b>			
Vérification du débit de l'appareil (lire la valeur sur le débitmètre : mini 55 Ml/mn ; maxi 60Ml/mn). Si besoin ajuster cette valeur en agissant sur le réglage du détendeur	Correct X	Incorrect	Observations
<b>VALEUR DEBIT (Ml/mn)</b>	<b>55</b>		
Vérification de la valeur de déclenchement du sifflet : mini 50 bar ; maxi 60 bar. Si besoin ajuster cette valeur en agissant sur le réglage du sifflet	Correct X	Incorrect	Observations
<b>VALEUR SIFFLET (Bars)</b>	<b>55</b>		
Vérification de la date de péremption de la cagoule.	Correct X	Incorrect	Observations
<b>DATE PEREMPTION CAGOULE</b>	<b>12/2029</b>		
Vérification visuelle de la ou des bouteilles Vérification des échéances réglementaires Vérification robinetterie	Correct X	Incorrect	Observations
Reconditionner l'appareil dans son état d'origine	Correct X	Incorrect	Observations
Apposition de la pastille de l'année sur la soupape de la cagoule	Correct X	Incorrect	Observations


## Maintenance de l'équipement

Pièces de rechanges remplacées :

- 1- 1 JOINT 11X2.5
- 2- 1 CAGOULE
- 3-

## Remarques et observations

## RESULTAT DU CONTROLE

Opérateur	GINET Mickaël	Conforme	X	Visa contrôleur
Date de contrôle	09/12/2025	Non conforme		
Prochain contrôle	09/12/2026	Reforme		